

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO NR.: 0557/25

FOLHA: 01 de 01

SOLICITANTE: KABOTRON CABOS ESPECIAIS MBPF RIRELI
ENDEREÇO: RUA ÂNGELO GIANNINI, 191 - TÉRREO, 139 - VILA CALIFÓRNIA - SÃO PAULO - SP.
INTERESSADO: O MESMO.

1) DADOS INICIAIS

DATA DA CALIBRAÇÃO 09.05.2025
DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO MEDIDOR DE ALONGAMENTO
MARCA ---
MODELO ---
FAIXA DE MEDIÇÃO 0 - 30%
VALOR DE UMA DIVISÃO 5%
IDENTIFICAÇÃO TEST-01
PARÂMETROS CLIMÁTICOS 20,0 ± 2,0°C e 55 ± 10% UR

Comércio e serviços metrológicos

ANÁLISE CONCLUSIVA

(PARA USO EXCLUSIVO DO CLIENTE)

☒	LIBERADO	<u>FERNANDO</u>
☐	RETIDO	visto
☐	LIBERADO COM RESTRIÇÕES	
<u>09/05/26.</u>		
(DATA DA PRÓX. CALIBRAÇÃO)		

2) REFERÊNCIA AO PADRÃO UTILIZADO:

IDENTIFICAÇÃO	CERTIFICADO N.º	ÓRGÃO/ACREDITAÇÃO	CALIBRADO EM	PRÓX. CALIBRAÇÃO
MP-020	D1444 22	LAB. FEINMESS - CAL 0133	JANEIRO/2022	JANEIRO/2027

3) PROCEDIMENTO UTILIZADO: ITM - 0029-Rev. 00 de fev/2013

4) RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO - OS VALORES ABAIXO ESTÃO EXPRESSOS EM " mm " e representam uma média de 03 medições.

INDICAÇÃO (%)	0	5	10	15	20	25	30
ENCONTRADO(mm)	0,0	12,4	24,9	37,3	49,5	62,0	74,3
U95= ± 0,2 mm							

5) INCERTEZA DE MEDIÇÃO: As incertezas expandidas relatadas, são baseadas em uma incertezas padronizadas combinadas, multiplicadas por um fator de abrangência k, o qual para uma distribuição t (Veff), graus de liberdade efetivos, correspondem à um nível de confiança de aproximadamente 95%. As incertezas foram determinadas de acordo com a publicação EA-4/02.

6) CONSIDERAÇÕES

6.1) CONDIÇÃO DA CALIBRAÇÃO:

O EQUIPAMENTO PASSOU POR MANUTENÇÃO
O EQUIPAMENTO NÃO PASSOU POR MANUTENÇÃO

☐
☒


JEAN NERY MARTINEZ
GERENTE TÉCNICO

ATENÇÃO: ESTE CERTIFICADO SÓ É VÁLIDO PARA O ÍTEM EM QUESTÃO, SEM QUALQUER EXTENSÃO A OUTRO, MESMO QUE SIMILAR. QUALQUER REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE DOCUMENTO, SÓ PODERÁ SER EMITIDA MEDIANTE PRÉVIA CONSULTA E APROVAÇÃO DO ÓRGÃO EMITENTE.